



Powiat Strzeliński  
ul. Kamienna nr 10  
57-100 STRZELIN  
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 392 30 15

Projekt pt: „Innowacyjne pracownie zawodowe w Powiecie Strzelińskim”

Strzelin dn.14.08.2018 r.

OA.272.60.2018.MG.

- WSZYSCY WYKONAWCY -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE W RAMACH PROJEKTU PN.„INNOWACYJNE PRACOWNIE ZAWODOWE W POWIECIE STRZELIŃSKIM”** w części nr II p.n. Dostawa wyposażenia pracowni metrologii technicznej - pomiarów

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Działając w oparciu o art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1 Dotyczy poz. 20**

Zwracamy uwagę na prawdopodobny błąd w zdefiniowaniu przestrzeni poziomej- 1650mm, przypuszczamy, że zamawiający ma na myśli 165mm.

Ze względu na znacznie wyższą cenę twardościomierzy z pionową przestrzenią roboczą powyżej 170mm, czy zamawiający dopuszcza dostarczenie twardościomierza z przestrzenią pionową 170mm oraz przestrzenią poziomą 165mm?

**Odp. 1**

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w przestrzeni poziomej – ma być 165 mm, nie jak napisano 1650 mm.

Zamawiający dopuszcza twardościomierz z przestrzenią pionową min.170mm oraz przestrzenią poziomą min.165mm.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Marek Warcholiński*

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU  
W STRZELINIE

*Aleksander Ziółkowski*

Pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE W RAMACH PROJEKTU PN. „INNOWACYJNE PRACOWNIE ZAWODOWE W POWIECIE STRZELIŃSKIM”